Bialex®

Emitido Electrónicamente

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

NOMBRE DEL PRODUCTO:	Bialex Triglycerides	**LOTE:**	26TT0703
FECHA DE FABRICACIÓN:	2026-07-07 A 2026-07-17	**FECHA DE VENCIMIENTO (YYYY-MM-DD):**	2028-07-01
NÚMERO DE REF:	GQ-TT-100, GQ-TT-125, GQ-TT-250, GQ-TT-2X125, GQ-TT-4X125	**CANT. FABRICADA:**	300L

Inspección Física	**Etiquetas:** PASA	**Código QR:** PASA	**Frasco PEAD:** PASA	**Caja:** PASA

Características de Rendimiento		
Reactivo Triglicéridos (Aspecto):	Líquido rosa claro (Origen: *Candida Rugosa*) a rosa, con partículas visibles, con surfactante al 1%. Bloqueador de interferencias.	
Estándar:	Incluido en el kit - Uso de Estándar de Triglicéridos Bialex (GQ-TT-1), Concentración: 200 mg/dL	
Reactivo	**Valores @ 505nm**	**Resultados @ 505nm**
Reactivo Triglicéridos Abs:	-	0.014
Reactivo Triglicéridos	**QCNet (Bio-Rad) Lote 89750**	**Resultados @ 505nm**
Control 1	n=20 / 170.0 mg/dL	167.0 mg/dL
Control 2	n=20 / 95.7 mg/dL	96.0 mg/dL

El reactivo es comparable con el reactivo de Abbott Architect cSystems según muestran los valores de QCNET de Bio-Rad.

Parámetros de Verificación e Insumos Internos	
PassCheck - Lote 26PCK0171, 26PCK0172 (REF: GQ-PC1-1, GQ-PC2-1)	**Control 1:** 88.72 mg/dL | **Control 2:** 212.00 mg/dL
PassCheck CAL - Lote 26CAL0101 (REF: GQ-CAL-5)	**Valor:** 86.10 mg/dL
Linealidad:	Hasta 1000 mg/dL (PASA)
Estabilidad al Estrés:	3 días (78 horas) (PASA)
Recomendaciones:	Ultra sensible a contaminaciones cruzadas, mantener alejado de la luz directa.
Almacenamiento:	2 - 8 °C

Conclusión: Liberado para la venta	**Persona Responsable: J. Tanaka** ***Aseguramiento de la Calidad (QA)***	**Bialex Lab** **Firma / Sello Electrónico**

El vector no debe ser considerado patógeno para el ganado o las especies aviares; el kit no contiene genes ni expresa antígenos de agentes patógenos de enfermedades del ganado o de las aves de corral. El kit no contiene ningún aditivo de origen animal, como albúmina o suero.



Todos los derechos reservados por Bialex® Lab
717 Ohio Ave. Wichita Falls, TX 76301 - U.S.A.
Línea gratuita: 833-418-2116 | Correo: info@bialexlab.com