Bialex®

Emitido Electrónicamente

INFORMACIÓN GENERAL DEL LOTE

PRODUCTO: BIALEX ÁCIDO ÚRICO (URIC ACID)	**LOTE:** 26UA0701
FECHA FAB: 2026.06.26	**FECHA VENCIMIENTO (YYYY-MM-DD):** 2028.06.20
CANTIDAD LOTE: 101L	**REF:** GQ-UA-125, GQ-UA-250

INSPECCIÓN FÍSICA

Elemento de Inspección	Resultado
Etiquetas (Labels)	**PASA**
Código QR (QR Code)	**PASA**
Frasco PEAD (HDPE Bottle)	**PASA**
Vial	**PASA**
Caja (Box)	**PASA**

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO Y CONTROLES ANALÍTICOS

Parámetro / Reactivo de Control	Valor Esperado / Rango	Resultado Analítico
Aspecto de Reactivo Ácido Úrico:	Líquido Rosado Translúcido, sin partículas visibles, sin surfactante	**PASA**
Volumen de Estándar (Standard Vol):	1 x 1 mL	**PASA**
Valor del Estándar (Standard Value):	5 mg/dL	5 mg/dL
Blanco de Reactivo @ 505nm (vs agua):	≤ 0.050 (Espec.)	0.010
Estrés del Reactivo (Reagent Stress):	Estabilidad térmica / degradación	**PASA**
Control Bio-Rad Lyphocheck / Liquichek (Lote 89740)	**Valor Asignado**	**Resultado (D.E. < 1%)**
Liquichek Unassayed Chemistry - Control 1	4.00 mg/dL	4.10 mg/dL
Liquichek Unassayed Chemistry - Control 2	9.50 mg/dL	9.50 mg/dL
Control Liquicheck Urine Chemistry (Lote 97470)	**Valor Asignado**	**Resultado Analítico**
Liquichek Urine Chemistry - Control 1	9.87 mg/dL	9.40 mg/dL
Liquichek Urine Chemistry - Control 2	15.70 mg/dL	15.60 mg/dL
Linealidad Analítica (Linearity):	Hasta 30 mg/dL	**PASA**

** El reactivo de Ácido Úrico es comparable con los métodos de referencia estándar según los datos y matrices de correlación validados en la plataforma oficial QCNet de Bio-Rad (disponible en https://myeinserts-app.qcnet.com/home).*

CONTROLES INTERNOS Y CALIBRADORES PASSCHECK

Sistema de Verificación PassCheck	Valor de Referencia Asignado	Resultado Obtenido
PassCheck Universal Assayed Serum Chemistry - Control 1 (Lote 26PCK0171)	4.50 mg/dL	4.40 mg/dL
PassCheck Universal Assayed Serum Chemistry - Control 2 (Lote 26PCK0172)	8.70 mg/dL	8.30 mg/dL
PassCheck Calibrador (Lote 26CAL0101):	**Valor Fijo: 4.5 mg/dL**	**Aprobado / Validado**

DICTAMEN FINAL DE LIBERACIÓN

CONCLUSIÓN:	Lote aprobado y liberado para su distribución comercial (Released).	**PERSONA RESPONSABLE:**	Jean Tanaka *Aseguramiento de Calidad (QC)*

Declaración Biológica Regulatoria: Se certifica con carácter vinculante que el vector y los componentes biológicos integrados en este kit reactivo no deben considerarse patógenos para el ganado ni para especies aviarias. El kit está formulado en su totalidad libre de cualquier tipo de agente de enfermedad porcina, bovina o de corral. Asimismo, el reactivo no contiene aditivos ni estabilizadores derivados de origen animal, tales como albúmina de suero bovino o sueros reactivos.

All Rights Reserved by Bialex Lab®

717 Ohio Ave. Wichita Falls, TX 76301 - U.S.A. | TollFree: 833-418-2116 | Email: info@bialexlab.com