# Bialex®

*CERTIFICADO DE ANÁLISIS • EMISIÓN ELECTRÓNICA*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PRODUCTO:** | **Bialex Microalbumin (Microalbúmina)** | **NÚMERO DE LOTE:** | **26MAU0703** |
| **FECHA DE FABRICACIÓN (YY/MM/DD):** | 2026.07.17 | **FECHA DE VENCIMIENTO:** | **2028.03.10** |
| **CANTIDAD DEL LOTE:** | 230 Kits | **REFERENCIA (REF):** | GQ-MAU-3010 |

**INSPECCIÓN FÍSICA**

| ETIQUETA | CÓDIGO QR | FRASCO PEAD (HDPE) | VIAL | CAJA |
|---|---|---|---|---|
| PASA | PASA | PASA | NRD (No Registra Defecto) | PASA |

**CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO ANALÍTICO**

| | |
|---|---|
| **Reactivo 1 (R1): Tampón Tris** | pH 7.4 a 25 °C +/- 0.1 |
| **Aspecto de R1:** | Líquido translúcido, sin partículas visibles, con surfactante. |
| **Reactivo 2 (R2): Sustrato** | Aspecto: Líquido amarillo, sin partículas visibles, sin surfactante. |
| **Ensayo de Estrés Acelerado:** | **PASA (Estable)** |

**SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD ANALÍTICO**

| Material de Control / Lote | Valor Esperado | Valor Obtenido | Estado |
|---|---|---|---|
| **Bio-Rad Liquichek Urine Control** (Lote 97470) | 4.75 mg/dL | 5.00 mg/dL | **PASA** |
| **Bio-Rad Liquichek Urine Control** (Lote 97470) | 7.96 mg/dL | 8.05 mg/dL | **PASA** |
| **PassCheck Urine Control** (Lote 26CMAU0701/2) | 4.00 mg/dL | 3.97 mg/dL | **PASA** |
| **PassCheck Urine Control** (Lote 26CMAU0701/2) | 10.00 mg/dL | 9.70 mg/dL | **PASA** |

| | |
|---|---|
| **DICTAMEN DE LIBERACIÓN:** | **APROBADO PARA LA VENTA** |
| **PERSONA RESPONSABLE:** | **J. Tanaka**<br>**Aseguramiento de Calidad (Quality Assurance)** |
| **ENTIDAD EMISORA:** | **Bialex Lab • Control de Calidad Interno** |

---

***Declaración Biológica de Seguridad Humana y Veterinaria:*** *El vector utilizado en el desarrollo de este reactivo no es considerado patogénico para el ganado ni para especies aviares. El kit no contiene genes ni expresa antígenos vinculados a agentes infecciosos de enfermedades de aves o ganado. Asimismo, este producto está completamente libre de aditivos derivados de origen animal, tales como albúmina o suero biológico. Todos los derechos de propiedad industrial y marcas registradas pertenecen a Bialex Lab.*

**Bialex Lab** • 717 Ohio Ave. Wichita Falls, TX 76301 - U.S.A.
Línea Gratuita: 833-418-2116 • Correo Electrónico: info@bialexlab.com • Derechos Reservados

