Bialex®

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Emitido Electrónicamente

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	
Nombre del Producto: Bialex Total Protein	**Referencia (REF #):** GQ-TPB-125
Número de Lote (LOT): 26TPB0701	**Fecha de Fabricación:** 2026-06-04
Fecha de Vencimiento (YYYY-MM-DD): 2028-06-30	**Cantidad Producida:** 100 Litros

INSPECCIÓN FÍSICA			
Etiquetas: PASA	**Código QR:** PASA	**Frasco PEAD:** PASA	**Caja:** PASA

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO ANALÍTICO		
Especificación del Reactivo:	Aspecto del Reactivo Total Protein: Líquido translúcido azul claro, sin partículas visibles, sin surfactante.	
Especificación del Estándar (Bialex GQ-TPB-1):	Aspecto: Amarillo Concentración: 4.5 g/dL	
Reactivo	**Valores Esperados @ 546nm**	**Resultados Obtenidos @ 546nm**
Reactivo Total Protein (Absorbancia)	0.060 - 0.900	0.090
Control de Calidad Externo	**Valor de Referencia QCNet (Bio-Rad) Lote 89740**	**Resultados Obtenidos @ 540nm**
Control 1 (n=20)	6.70 g/dL	6.70 g/dL
Control 2 (n=20)	4.30 g/dL	4.20 g/dL

** El reactivo es comparable con el método de referencia Abaxis Piccolo según muestran los resultados de QCNET de Bio-Rad.*

CONTROL DE CALIDAD INTERNO (GQ-PC-1 PassCheck Multicontrol) - LOTE 26PCK0171 / 26PCK0172		
Componente / Control	**Control 1**	**Control 2**
Valores de Referencia Asignados	3.73 g/dL	7.20 g/dL
Resultados Obtenidos (PassCheck)	3.90 g/dL	7.00 g/dL
Valor del Calibrador (PassCheck CAL - Lote 26CAL0101):	3.47 g/dL	
Tiempo de lectura para Absorbancia (Abs):	45 minutos (PASA)	

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONCLUSIÓN	
Temperatura de Almacenamiento: 2 - 8 °C	**Persona Responsable:** Jean Tanaka (Aseguramiento de la Calidad / QC)
Conclusión del Lote: Liberado para la Venta / Aprobado	

Declaración Biológica y de Seguridad: El vector utilizado no debe considerarse patógeno para el ganado ni para especies aviares; el kit no contiene genes ni expresa antígenos de agentes causantes de enfermedades ganaderas o de aves de corral. El kit no contiene ningún aditivo derivado de animales, tales como albúmina o suero.



Bialex Lab
All Rights Reserved by Bialex® | 717 Ohio Ave. Wichita Falls, TX 76301 - U.S.A.
Toll Free: 833-418-2116 | email: info@bialexlab.com