CERTIFICATE OF ANALYSIS / PROTOCOLO DE ANÁLISIS

1. General Information & Physical Inspection / Información General e Inspección Física

Product / Producto:	Bialex Albumin Bromcresol	**Labels / Etiquetas:**	Acceptable / Aceptable
Lot / Lote:	26AA0901	**QR Code / Código QR:**	Acceptable / Aceptable
Mfg. Date / Fab.:	2026-10-21	**HDPE Bottle / Botella:**	Acceptable / Aceptable
Exp. Date / Cad.:	2028-08-10	**Box / Caja:**	Acceptable / Aceptable
Ref. # / Reg:	GQ-AA-100	**Storage / Almacén:**	2–25 °C

2. Performance Characteristics & Appearance / Características de Rendimiento y Aspecto

Item / Ítem	Specification & Result / Especificación y Resultado
Reagent Albumin @ 630nm	0.157 (against water / contra agua)
Reagent Appearance / Aspecto	Green translucent liquid, nonvisible particles, with surfactant / Líquido verde translúcido, sin partículas visibles, con surfactante
Standard Appearance / Estándar	Yellowish translucent liquid, nonvisible particles / Líquido amarillento translúcido, sin partículas visibles
Standard Value / Valor	5 g/dL (LOT 26AA1001)

3. Third Opinion Control / Control de Tercera Opinión (Bio-Rad Lyphocheck Lot 89750)

Control	Expected Value / Valor Esperado (QCNet)	Result / Resultado @ 630nm	Deviation & n / Desviación y n
Control 1	4.20 g/dL	4.10 g/dL	-0.1% (n=20)
Control 2	2.90 g/dL	2.90 g/dL	0.0% (n=20)

(Comparable Method (Abaxis / Piccolo) / Método de Comparación)

Parameter / Parámetro	Control 1	Control 2
PassCheck Lot / Lote (GQ-PC-1)	26PCK0171	26PCK0172
Reference Value / Valor de Referencia	3.10 g/dL	4.50 g/dL
Observed Result / Resultado Obtenido	3.30 g/dL	4.60 g/dL
Abs Reader Time / Tiempo de Lectura	3 minutes / minutos	5 minutes / minutos

Calibrator / Calibrador: PassCheck CAL Lot: 26CAL0101 (Ref: GQ-CAL-5) — **Value / Valor:** 3.46 g/dL

5. Quality Assurance & Biosecurity / Garantía de Calidad y Bioseguridad

Liable Person / Responsable: Jean Tanaka (QC)	**Certification / Certificación:** GMP Quality / Control de Calidad

EN: Vector must not be considered pathogenic for livestock or avian species; the kit does not contain genes or express antigens of livestock or poultry disease agents. The kit does not contain any animal derived additives, such as albumin or serum.

ES: El vector no debe considerarse patógeno para el ganado ni para las especies aviares; el kit no contiene genes ni expresa antígenos de agentes patógenos de enfermedades ganaderas o avícolas. El kit no contiene ningún aditivo de origen animal, como albúmina o suero.